

PREGLED POSTUPKA #123422

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ BAR
PIB	02015102
E-mail	jzu-ob-bar@t-com.me
Telefon	030/342-213
Internet adresa	www.bolnicabar.me
Fax	
Adresa	Podgrad bb
Grad	Bar
Poštanski broj	85353

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	TRANSPORTNI RESPIRATOR
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Branka Milović
Kontakt	finansije@bolnicabar.me
Datum objave	06.10.2026. 14:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Poziv za nadmetanje u OPJN br 10-2026 (123422) za nabavku mobilnog respiratora za potrebe JIL-a	06.10.2026 14:30	22.10.2026 10:00	22.10.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ BAR Transportni respiratori 33100000 - Medicinska oprema 33157400 - Medicinski aparati za disanje	18.000,00 EUR	3.780,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji , i/ili posjedovanje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom-Rješenje Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore da je ponuđač registrovan za promet na veliko medicinskim sredstvima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, i rokom važenja 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija se podnosi/dostavlja na način definisan članom 122 zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 dana po isteku garantnog roka. Dinamika izvršenja ugovora; 2.1. Isporuka opreme ne može 60 dana od zaključenja ugovora. Isporuka uključuje isporuku ,ugradnja i imstaliranje opreme do pune funkcionalnosti, testiranje i obuku osoblja za rad na istoj. 2.2 Garantni rok na ponuđene aparate ne može biti kraći od 24 mjeseca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: prostorije naručioca -Podgrad bb Stari Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je odloženo min. 30 dana od isporuke	Rok plaćanja
Minimalni garantni rok na ponuđenu opremu znosi 24 mjeseca, računajući od dana uredne instalacije, puštanja u rad i potpisivanja zapisnika o primopredaji. Uslovi vezani za garantni rok: a) Ponuđač je obavezan je obezbijediti servisera koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata , što dokazuje dostavljanjem sertifikata proizvođača opreme o izvršenoj obuci servisera I dokaz o random angažovanju servisera. b) Ponuđač će za vrijeme garantnog roka obavljati sve redovne preventivne inspekcije i servise najmanje dva puta godišnje ili više puta ukoliko je tako definisano preporukom proizvođača, kao i interventno servisiranje opreme po prijavi naručioca o problemu u radu i nefunkcionisanju aparata. c) Servisiranje aparata pored inspekcije i popravke aparata i softvera podrazumjeva i isporuku i ugradnju rezervnih djelova , potrošnog materijala , o trošku ponuđača i sve duge aktivnosti koje obezbjeđuju putpnu funkcionalnost opreme za bezbjedan rad. d) U slučaju kvara aparata tokom trajanja ugovora ovlašćeni serviseri ponuđača su dužni da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika odazovu pozivu u roku od 24 sata i kvar otklone u roku u najkraćem roku. e) Ukoliko serviseri ponuđača ne otkloni kvar u roku od 15 radnih dana Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od ponuđača iznos od 2‰ vrijednosti opreme u kvaru. Za svaki dan nefunkcionisanja aparata dužim od 15 dana u godini, produžava se garantni rok i rok garancije za dobro izvršenje ugovora . f) Ponuđač se obavezuje da će , prilikom eventualnih servisnih intervencija, koristiti original rezervne djelove proizvođača. ***Dokaz o prihvatanju navedenog uslova je Izjava ponuđača o održavanju u garantnom roku I zahtijevani dokazi vezani za servisera (tačka a ovog uslova).	Garantni rok

Postgarantno održavanje : Ponuđač se obavezuje da će , za potrebe naručioca, obezbijediti servisiranje aparata i isporuku rezervnih djelova u periodu od najmanje 10 godina od isporuke aparata.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta uključuje sljedeće 1. Izabrani ponuđač je obavezan kroz ESJN , u sklopu postupka dostaviti najavu isporuke opreme, najkasnije 2 radna dana prije isporuke. 2. Komisijski prijem isporuke opreme, i praćenje istaliranja , puštanja u rad i opreme, obuka osoblja. 3. Periodično izvještavanje serviser a kontrolnom pregledu opreme saglasno definisanim uslovima u garantnom roku. 4. Obezbjedeno vangarantno održavanje najmanje 7 godina od isporuke aparata. 5. Obezbijenjena nadogradnja softvera od strane ponuđača, po preporuci proizvođača. 5. Kontinuirana stručna podrška za rad sa isporučenom opremom. 7. Pridržavanje korisničkog uputstva crnogorskom jeziku , koji je ponuđač obavezan dostaviti naručiocu prilikom isporuke.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Registracija predmeta nabavke: 1. 1. Predmet nabavke treba da je registrovan u registru medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva CG, što ponuđač dokazuje dostavljanjem Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore . Napomena: *Ukoliko je istekao rok važenja registracije ponuđač pored postojećeg Rješenja o registraciji dostavlja potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava, izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. **U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva. 2. Izuzetno , ukoliko niko ne ponudi registrovano medicinsko sredstvo, uzet će se u razmatranje i ponude koje nude neregistrovano medicinsko sredstvo , ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan u ponudi navesti zaštićen naziv i kataloški broj predmeta nabavke i proizvođača .	Drugi uslovi

Dokazivanje tehničkih zahtjeva predmeta nabavke 1 Ispunjenost tehničkih zahtjeva dokazuje se katalogom proizvođača , tehničkim listom, uputstvom za upotrebu, izjavom proizvođača ili drugom zvaničnom tehničkom dokumentacijom koju je izdao proizvođač ponuđene opreme. Izjava ponuđača, distributera ili drugog lica koje nije proizvođač ne može biti samostalan dokaz tehničke karakteristike, osim za podatke koji se odnose isključivo na ponuđača, isporuku, servisnu organizaciju ili uslove izvršenja ugovora. 2 Ponuđač je dužan da u dostavljenoj dokumentaciji jasno označi redni broj zahtjeva i stranicu na kojoj se dokazuje njegovo ispunjenje. Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku ili uz prevod relevantnih djelova na crnogorski jezik. 3 Kada se zahtjev odnosi na standard, priključak, funkciju ili režim ventilacije, prihvata se navedeni zahtjev ili dokazano tehnički, funkcionalno i klinički ekvivalentno rješenje.	Drugi uslovi
Ponuđač će obezbijediti obuku medicinskog osoblja za rukovanje aparatom, do potpune osposobljenosti za rad . Prihvatanje uslova ponuđač potvrđuje izjavom.	Drugi uslovi
Ponuđač je obavezan da dostavi .Autorizaciju/Ovlašćenje proizvođača opreme da može ponuditi njegove aparate, u predmetnom postupku javne nabavke T07-2026 (šifra 121840). Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje	Drugi uslovi
Ponuđač potvrđuje da prihvata sve uslove definisane u tenderskoj dokumentaciji 9475 od 10.09.2026.godine, koja je sastavni dio ovog poziva	Drugi uslovi
Oprema i prateći pribor moraju biti novi, nekorišćeni, u originalnom pakovanju i u tekućoj proizvodnji proizvođača. Izabrani ponuđač (dobavljač) je obavezan prilikom isporuke dokazati godinu proizvodnje.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet u predmetnom postupku je iskazan kroz garantni rok na ponuđeni predmet nabavke. Vrednovanje garantnog roka se se vrši primjenom apsolutne metode: - garantni rok 2 godine 0 bodova - garantni rok 3 godine i više 10 bodova Garantni rok se iskazuje u cijelim godinama i počinje da teče od dana uredne primopredaje i puštanja uređaja u rad. Ponuđeni garantni rok ostaje ugovorna obaveza izabranog ponuđača.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1.1 Kompaktni transportni respirator intenzivne njege za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju odraslih i pedijatrijskih pacijenata. 1.2 Uređaj namijenjen za jedinice intenzivne njege, unutarbolnički, drumski, helikopterski i avionski transport, za upotrebu u temperaturnom opsegu od -15 °C do +40 °C, sa stepenom zaštite najmanje IP24. 1.3 Uređaj mora biti usaglašen sa odgovarajućim standardima za drumski transport, kao što su EN 794-3 i EN 1789, i za vazdušni transport, kao što su EN 13718-1 i RTCA/DO-160F, ili važećim ekvivalentnim standardima. 1.4 Napajanje električnom energijom AC 220 V/50 Hz i iz vozila DC 12-28 V. Uređaj mora posjedovati dvije integrisane baterije koje omogućavaju najmanje 8 sati autonomnog rada. 1.5 Mogućnost da korisnik zamijeni jednu ispražnjenu bateriju bez prekida ventilacije. 1.6 Ugrađena tiha turbina za nezavisno snabdijevanje vazduhom, protoka najmanje 260 l/min, sa HEPA filterom. 1.7 Standardni DIN priključak za napajanje kiseonikom visokog pritiska. 1.8 Priključak za napajanje kiseonikom niskog pritiska, na primjer iz koncentratora kiseonika.	

1.9 Pregledan ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale najmanje 8 inča, sa mogućnošću zatamnjenja i kompatibilnošću sa opremom za noćno gledanje.

1.10 Uređaj mora posjedovati najmanje sljedeće režime ventilacije ili njihove funkcionalno i klinički ekvivalentne varijante: volumenski kontrolisana CMV; pritiskom kontrolisana CMV; volumenski kontrolisana SIMV; pritiskom kontrolisana SIMV; podrška pritiskom i podrška volumenom; DuoPAP i APRV; NIV i NIV sa garantovanom minimalnom frekvencijom; terapija visokim protokom kiseonika (High-Flow O₂); režim za ventilaciju tokom kardiopulmonalne reanimacije (CPR).

1.11 Uređaj mora posjedovati automatizovani režim ventilacije sa zatvorenom petljom i garantovanim minutnim volumenom, koji automatski prilagođava disajni volumen, frekvenciju, inspiratorni pritisak i odnos I:E promjenama respiratorne mehanike pacijenta, uključujući otpor i komplijansu. Režim mora automatski uključivati kontrolisanu ventilaciju ili podršku pritiskom u zavisnosti od aktivnosti pacijenta, postavljati i prilagođavati zaštitne granice radi smanjenja rizika od barotraume, volutraume, autoPEEP-a i ventilacije mrtvog prostora, te omogućavati automatizovanu ventilaciju od intubacije, preko odvikavanja, do ekstubacije kod pasivnih i spontano dišućih pacijenata sa opstruktivnim, restriktivnim ili zdravim plućima.

1.12 Mogućnost podešavanja najmanje sljedećih parametara mehaničke ventilacije: P_{insp} 5-60 cmH₂O iznad PEEP-a; podrška pritiskom 0-60 cmH₂O iznad PEEP-a; PEEP 0-35 cmH₂O; I:E od 1:9 do 4:1; frekvencija 4-80/min; FiO₂ 21-100%; disajni volumen 2-2.000 ml.

1.13 Automatski izbor početnih parametara na osnovu unijete

1

Nabavka i isporuka transportnog respiratora za potrebe intenzivne njege sa pripadajućom opremom i priborom.

visine pacijenta i idealne tjelesne mase.

1.14 Tokom ventilacije uređaj mora mjeriti najmanje: inspiratorni i ekspiratorni disajni volumen; spontani i ukupni minutni volumen; frekvenciju spontanog disanja i ukupnu frekvenciju; inspiratorno i ekspiratorno vrijeme; minutni volumen curenja; Ppeak, Pmean i PEEP; otpor disajnih puteva; komplijansu; RSB; PTP; PO.1; autoPEEP; koncentraciju kiseonika.

1.15 Senzor za mjerenje pritiska i protoka mora biti postavljen proksimalno, u blizini tubusa pacijenta.

1.16 Istovremeni prikaz najmanje tri krivulje, spirometrijskih petlji i trendova.

1.17 Trendovi u trajanju od najmanje 72 sata.

1.18 Podesivi trigger protokom, sa automatskim prilagođavanjem eventualnom curenju.

1.19 Reverzibilna funkcija rezervne ventilacije u slučaju apneje, koja se automatski isključuje kada se ponovo uspostavi spontano disanje.

1.20 Mogućnost upravljanja pneumatskim nebulizatorom i povezivanja sa elektronskim nebulizatorom.

1.21 Funkcije preoksigenacije i automatske procedure sukcije.

1.22 Funkcije zadržavanja udaha i manuelnog udaha.

1.23 Zvučni i svjetlosni alarmi razvrstani prema prioritetima, sa mogućnošću podešavanja granica alarma za glavne parametre ventilacije.

1.24 Svjetlosni indikator alarma na vrhu uređaja, lako uočljiv sa većeg rastojanja.

1.25 Grafička animacija kojom se prikazuju stanje pluća, uključujući disajni volumen, otpor i komplijansu, i aktivnost pacijenta, kao i grafička animacija kojom se prikazuje zavisnost pacijenta od uređaja kroz oksigenaciju, eliminaciju

1,00 KOMPLET

CO₂ i spontano disanje, sa podesivim kriterijumima za odvikavanje.

1.26 Spisak događaja u kojem se čuvaju događaji, alarmi i promjene podešavanja na respiratoru.

1.27 Komunikacija: USB priključak za snimanje ekrana, izvoz spiska događaja i kopiranje konfiguracije respiratora, kao i mogućnost ugradnje RS232 interfejsa za digitalnu komunikaciju.

1.28 Mogućnost nadogradnje modulom i senzorima za pulsnu oksimetriju i volumetrijsku kapnografiju.

1.29 Mogućnost nadogradnje automatizovanim režimom ventilacije sa zatvorenom petljom koji automatski prilagođava minutni volumen, PEEP i FiO₂ prema izmjerenim vrijednostima SpO₂ i CO₂.

1.30 Zaštitno kućište za opciono nošenje uređaja i boce kiseonika u ruci ili vješanje na krevet.

1.31 Reduktor pritiska sa brzom spojkom.

2 Obim isporuke - karakteristike

2.1 Transportni respirator sa svim potrebnim fabričkim licencama i aktiviranim softverskim funkcijama zahtijevanim ovom specifikacijom - 1 komad.

2.2 Sistem za bezbjedno nošenje i pričvršćivanje respiratora i boce kiseonika na bolnički krevet ili transportna kolica - 1 komplet.

2.3 Reduktor pritiska za kiseonik sa odgovarajućom brzom spojkom - 1 komad.

2.4 Višekratna ili jednokratna pacijentska crijeva sa odgovarajućim senzorima protoka za odrasle/pedijatrijske pacijente - 20 kompleta.

2.5 Maske za neinvazivnu ventilaciju, u najmanje tri odgovarajuće veličine - ukupno 3 komada.

	2.6 Crijevo za priključenje na izvor kiseonika visokog pritiska - 1 komad. 2.7 Kabl odnosno adapter za napajanje iz vozila - 1 komad. 2.8 Baterije potrebne za zahtijevanu autonomiju i sav drugi standardni pribor potreban za punu funkcionalnost uređaja - 1 komplet.	
--	---	--